

**4a - Vyhodnocení ročního plánu kalibrací měrných objektů ČOV na rok 2017
dle článku 8.53 Koncesní smlouvy**

Poř.	Název OM	Vlastník ČOV	Poslední cejch	četnost	rok příštího posouzení	Manažer	Oblast	skutek datum	splněno
			rok cejchu	doba cejchu					
1	Turnov ČOV odtok	VHS Turnov	2016	1	2017	Šimek	TU	18.10.2017	100%
2	Semily ČOV	VHS Turnov	2016	1	2017	Mádle	TU	17.7.2017	100%
3	Malá Skála ČOV	VHS Turnov	2014	3	2017	Šimek	TU	19.10.2017	100%
4	Rokytnice nad Jizerou ČOV	VHS Turnov	2015	2	2017	Mádle	TU	19.7.2017	100%
5	Lomnice nad Popelkou ČOV	VHS Turnov	2014	3	2017	Mádle	TU	17.7.2017	100%

mimo plán

*)	Turnov ČOV přítok	VHS Turnov	2016			Šimek	TU	18.10.2017	
----	-------------------	------------	------	--	--	-------	----	------------	--

*) úprava závěsu snímače a následná recalibrace

Plán kontrol je vytvořen na základě dále uvedených pravidel.

Na základě sdělení MŽP se od 1. 1. 2010 stanovuje četnost kalibrací takto:

Roční proteklé množství vod měrným objektem [m ³]	Kalibrační lhůta [roky]
< 30 000	4
< 100 000	3
< 1 000 000	2
> 1 000 000	1

Kalibrací pracovních měřidel průtoku vod se rozumí provedení kontroly funkční způsobilosti měrného objektu (hydraulické i elektro části) dle požadavků zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č.293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových provedené formou úředního měření dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.