

4a - Vyhodnocení ročního plánu kalibrací měrných objektů ČOV na rok 2019
dle článku 8.53 Koncesní smlouvy

Poř.	Název OM	Vlastník ČOV	Poslední cech		rok příštího posouzení	Manažer	Oblast	skutek datum	splněno
			rok cejchu	četnost					
1	Turnov ČOV odtok	VHS Turnov	2018	1	2019	Šimek	TU	24.10.2019	100%
2	Turnov ČOV přítok	VHS Turnov	2018	1	2019	Šimek	TU	24.10.2019	100%
3	Semily ČOV, odtok	VHS Turnov	2018	1	2019	Vacek	TU	17.10.2019	100%
4	Semily ČOV, obtok	VHS Turnov	2016	3	2019	Vacek	TU	17.10.2019	100%
5	Rokytnice nad Jizerou ČOV	VHS Turnov	2017	2	2019	Vacek	TU	16.7.2019	100%
6	Lomnice nad Popelkou ČOV	VHS Turnov	2017	2	2019	Vacek	TU	16.7.2019	100%
21	Jenišovice, profil kanalizace	SVS	2016	3	2019	Šimek	TU	24.10.2019	100%

Kalibrace měrných objektů mimo plán byla zařazena na základě vyššího množství odpadních vod v roce 2017.

Plán kontrol je vytvořen na základě dále uvedených pravidel.

Na základě sdělení MŽP se od 1. 1. 2010 stanovuje četnost kalibrací takto:

Roční proteklé množství vod měrným objektem [m ³]	Kalibrační lhůta [roky]
< 30 000	4
< 100 000	3
< 1 000 000	2
> 1 000 000	1

Kalibrací pracovních měřidel průtoku vod se rozumí provedení kontroly funkční způsobilosti měrného objektu (hydraulické i elektro části) dle požadavků zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č.293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových provedené formou úředního měření dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.